




RCP de QUALITAT



Desfibril·lació Externa Automàtica

(SEGONS RECOMANACIONS 2015 DE L'ERC)



- ❑ Compressions de qualitat
 - Freqüència: **100 - 120** min
 - Profunditat: **5 - 6** cm
 - Temps: Compressió = Relaxació
- ❑ Si és possible, canviar de reanimador cada 2 minuts
- ❑ Minimitzar el temps sense compressions toràciques
- ❑ Respiracions de rescat < 10 sg